

1. Jautājums - Nolikumā Zobārstniecības iekārtas tehniskajā specifikācijā minēta sekojoša prasība: "Zobārstniecības iekārta ar ne mazāk kā $\pm 45^0$ pagriešanas funkciju maksimāli ērtai ārsta un asistenta darbības zonas nodrošināšanai ārstēšanas procesa laikā, ar LED operācijas lampu."

Lūdzam izskaidrot mums šo prasību, kā tā ir domāta. Vai $\pm 45^0$ pagriešanas funkcija ir domāta:

- Pacientu krēsla pagriešana attiecībā pret vertikālo asi horizontālā plaknē?
- Spļautuves pagriešana?
- Ārsta instrumentu paneļa pagriešana?

Atbilde – Nolikumā Zobārstniecības iekārtas tehniskajā specifikācijā minēta sekojoša prasība: "Zobārstniecības iekārtas ar ne mazāk kā $\pm 45^0$ pagriešanas funkciju maksimāli ērtai ārsta un asistenta darbības zonas nodrošināšanai ārstēšanas procesa laikā, ar LED operācijas lampu, domāts - ārsta instrumentu galdiņa pagriešanas leņķis.

2. Jautājums - Vai 2.daļas pozīcijas: 4. Asistenta krēsls, 5. Turbīna un 6. Leņķa uzgalis piedāvājamā atsevišķi no 7. pozīcijas zobārstniecības iekārtas komplektācijas?

Atbilde - Jā, 2.daļas pozīcijas 4. Asistenta krēsls, 5. Turbīna un 6. Leņķa uzgalis piedāvājamā atsevišķi no 7.pozīcijas zobārstniecības iekārtas komplektācijas.